

Opšta bolnica
Petrovac na Mlavi
Broj: BV6/01-239/1
Dana : 26.11.2014.

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije u JN
Laboratorijskog potrošnog materijala br. BV6/01-2014
-Partija 3 Reagensi za hemostazu – Trombotrack select 2

Potencijalni ponuđač je zahtevao dodatno objašnjenje konkursne dokumentacije i to:

Dodatno objašnjenje konkursne dokumentacije
za javnu nabavku br. BV6/01-2014
Laboratorijskog potrošnog materijala
Partija 3 Reagensi za hemostazu – Trombotrack select 2

Poštovani,

U konkursnoj dokumentaciji za stavku 1 u partiji 3 zahtevate Čelične kuglice za trombotest. Čelične kuglice mogu biti potrošni materijal za rad na određenim aparatima, dok je trombotest vrsta reagensa a ne aparata.

Čl. 72. st. 4. ZJN je propisano da navođenje elemenata poput robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača mora biti praćeno rečima „ili odgovarajuće“. Za stavku 2 zahtevate kivete za thrombotrack, trombotrack je aparat a kako su koagulometri otvoreni sistemi a potrošni materijal (kuglice i kivete) za svaki aparat drugačiji, zamolili bismo Vas da pored stavke 2 navedete „ili odgovarajuće“.

Zakon o javnim nabavkama u čl 12. definisano je da ponuđač dužan da u postupku javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima. Vi za stavku 3 zahtevate Test za određivanje PT iz venskog uzorka, dok za stavku 4 zahtevate Test za određivanje PT iz kapilarnog uzorka, zahtevanjem stavke 4 u partiji 2 vi ste ograničili učešće na one ponuđače koji imaju samo test za određivanje PT iz venskog uzorka. Obzirom na propisana načela ZJN, zamolili bismo Vas da stavku 4 izdvojite u zasebnu partiju.

Kako na tržištu prostoje različiti proizvođači koji imaju različite veličine pakovanja, a imajući u vidu čl 10. i čl. 12. ZJN, najljubaznije Vas molimo da kao jedinicu mere predvidite mililitar a potrebnu količinu izrazite u ukupnom broju mililitara.

Čl. 3. st. 1. tačka 35) propisuje da je javna nabavka po partijama nabavka čiji je predmet oblikovan u više posebnih istovrsnih celina i koja je kao

takva označena u pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj dokumentaciji. U partiji 3 se nabavljaju reagensi za hemostazu, dok Vi u stavci 8 zahtevate automat. kontakt aktivirajuća lanceta 21G. Uzimajući u obzir čl. 3. st. 1. tačku 35), zamolili bismo Vas da navedenu stavku izdvojite u posebnu partiju, jer nije istovrsno dobro kao ostali artikli u pomenutoj partiji. Takođe bismo Vas zamoli da nam definišete šta podrazumevate pod 21G za lancete?

Na osnovu svega gore navedenog najljubaznije bismo Vas zamolili da izvršite izmenu konkursne dokumentaciju u partiji 3 i istu uskladite sa Zakonom o javnim nabavkama.

Komisija za javnu nabavku naručioca oblikovala je partije na osnovu vise posebnih istovresnih celina tj. postojeće opreme (aparata) koju Opšta bolnica Petrovac na Mlavi koristi.

U partiji 3. Reagensi za hemostazu – TROMBOTRACK SELECT 2, Zahtevane su **Čelične kuglice za trombotest (stavka 1.)** koje su neophodne za izvođenje analiza (parametri koagulacije) na navedenom aparatu.

Kuglice i kivete naveden u partiji br.3 su karakteristične za navedeni aparat .

Ponuđač **može da ponudi “odgovarajuće dobro”** ali će naručilac u slučaju da su ponuđena dobra koja nisu navedena u obrascu ponude tražiti uzorke i izvršiti testiranje kojim će biti utvrđeno da li je ponuđeno dobro odgovarajuće, a sve u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Da bi naručilac ponuđeno dobro ocenio kao “ODGOVARAJUĆE” ponuđeno dobro mora u potpunosti da odgovara predmetnom dobru – tehničkoj specifikaciji obrasca ponude i nema bitnih nedostataka (mora da ispunjava pored namene i ostale parametre i karakteristike).

Naručilac je partiju 3. Reagensi za hemostazu – TROMBOTRACK SELECT 2, **stavka 3 Test za određivanje PT iz venskog uzorka i stavka 4. Test za određivanje kapilarnog uzorka** formirao na osnovu saznanja da na tržištu ima vise ponuđača koji su u stanju da ponude istovrsna dobra od kojih je formirana partija.

Naručilac je zbog toga što na tržišti postoje različiti proizvođači koji imaju različite veličine pakovanja svoje potrebe iskazao u testovima. Ponuđači su dužni da u ponudi cenu iskažu po traženim jedinicama mere – test (1 test = 0,1 ml).

Pozivanje na čl.3.stav 1.tačka 35. nije opravdano jer stavka **8. Automatska kontakt aktivirajuća lanceta 21 G** predstavlja istovrsno dobro sa ostalim artiklima u pomenutoj partiji. Pod 21 G lancetom podrazumeva se da je tačno definisana dubina uboda koja ne zavisi od operatera i na taj način se dati test pravilno izvodi zbog čega nije preporučljivo korićenje obične lancete ili igle.

Komisija za javnu nabavku smatra da izmena konkursne dokumentacije – obrazac ponude – partija br.3 nije opravdana. Naručilac je sprovođenjem otvorenog postupka omogućio svim zainteresovanim licima da učestvuju u postupku javne nabavke i time obezbedio postizanje konkurencije sobzirom da svako zainteresovaneo lice može da učestvuje u postupku.

Predsednik Komisije za javnu nabavku
Nadžnik laboratorije
Dragana Nešić Parežanin s.r.

