

Opšta bolnica
Petrovac na Mlavi
Broj: BV6/01-477/1
Dana : 04.01.2016.

Predmet: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku JN br. BV6/01-2015

Poštovani,

Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama date dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za JN br. BV6/01-2015, za partiju 11 – Potrošni materijal za gasni analizator COMBI-line:

1. U okviru partije 11 nabavljaju se 3 pakovanja špriceva za gasne analize sa litijum heparinom i 3 pakovanja kapilara za gasne analize.
Molimo Vas da traženu količinu proizvoda izrazite u pojedinačnim komadima, kako bi jedinične cene ponuđenih proizvoda bile međusobno uporedive obzirom da se količine dobara u pakovanju razlikuju u zavisnosti od proizvođača, odnosno da precizirate koliko komada špriceva za gasne analize sa litijum heparinom i koliko komada kapilara za gasne analize je potrebno ponuditi?
2. U zavisnosti od broja parametara koji se određuju na gasnom analizatoru za koji se nabavlja potrošni materijal (tj. „COMBI-line“) zavisi i potrebna zapremina krvi a samim tim i veličina/zapremina kapilare. Molimo da odgovorite da li se na Vašem modelu gasnog analizatora vrši određivanje hemoglobina (Hb) kako bi ponuđači ponudili adekvatnu veličinu/zapreminu kapilare?
3. U praksi se najčešće pri uzorkovanju krvi kapilarom koriste i čepovi za kapilaru i metalni opiljci (čepovi su potrebni da bi se kapilara zatvorila sa obe strane i time sprečila razmena gasova iz krvi sa gasovima iz spoljne sredine; metalni opiljci služe za mešanje/homogenizovanje krvi sa antikoagulansom koji se nalazi unutar kapilare kako krv ne bi koagulisala).

Molimo Vas da pojasnite da li je potrebno da se uz kapilare ponude čepovi i metalni opiljci. Ukoliko jeste, molimo Vas da precizirate količinu (u komadima) čepova i metalnih opiljaka koje je potrebno ponuditi, dodajući ih kao nezavisne stavke u okviru partije 11.

Odgovor na Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku JN br. BV6/01-2015

1. Komisija za javnu nabavku naručioca menja konkursnu dokumentaciju u partiji 11.
Potrošni materijal za gasni analizator COMBI-line i to na sledeći način:

1	Špricevi za gane analize sa Li-heparinom	kom	150
2	Kapilare za gasne analize	kom	300
3	Čepovi za kapilare	kom	600
4	Metalni opiljci	kom	300

2. Na postojećem gasnom analizatoru se određuju gasne analize Na, K I hemoglobin.
Preporučena potrebna količina uzoraka od strane proizvođača je od 110-180 µL.
3. Potrebno je da ponuđači ponude 600 čepova za kapilare i 300 metalnih opiljaka

Komisija za javnu nabavku

Tatjana Jovanović s.r.

