

Opšta bolnica
Petrovac na Mlavi
Broj: BV6/01-320/1
Dana: 14.11.2016.

Pitanja u vezi javne nabavke br.BV6/01-2016:

najljubaznije molimo da precizirate sledeće vezano za JN BV6/01-2016

PARTIJA 13 RUKAVICE STAVKA 1

Rukavice za jednokratnu upotrebu elastične talkirane

Da li ste mislili na latex rukavice, ako ne molim da precizirate koje rukavice su Vam potrebne.

PARTIJA 33 HIRURŠKI KONAC

Molimo da precizirate šta podrazumevate pod oznakom HR i DS, kao i da navedete tačno koji oblik igle Vam je potreban (okrugla, oštra, špatulasta..) za stavke gde to niste naveli.

Odgovor:

1. U partiji br.33 RUKAVICE, STAVKA 1 traže se **lateks rukavice**.

2. U partiji **33 HIRURŠKI KONAC** :

Pod HR podrazumevamo okruglu iglu, zakrivljenja 1/2.

Pod DS podrazumevamo oštru iglu - reverse cutting, zakrivljenja 3/8.

Za stavke za koje nije navedena igla i njen oblik **traži se samo konac bez igle**.

Komisija za javnu nabavku

Tatjana Jovanović

